

מתן תרופה באינפוזר (מיכל התרופה)

הנחיות לטיפול ביתי



יעוץ, הדרכה ושירות
1-800-30-68-68

HomeCure™

ניאופרם ישראל
קבוצת ניאופרם

193-MAR-2012

הפקה: דוד צמיר בע"מ 03-7518686

זיהוי תקלות והטיפול בהן – מתן תרופה באינפוזר (מיכל התרופה)

במידה ואינך בטוח שהמערכת פועלת כראוי,
או אם נתקלת בבעיה כלשהי במהלך הטיפול – פנה לצוות המטפל

תקלה	טיפול
עכירות בתרופה שבאינפוזר/מיכל התרופה (שינוי צבע, הופעת גושים)	- אין להשתמש בתרופה - אם התופעה מתגלה במהלך מתן התרופה, הפסק את הטיפול מיד - שמור את האינפוזר/מיכל התרופה לביקורת ופנה לצוות המטפל
דליפה (נזילה) מהאינפוזר/מיכל התרופה	אין להשתמש באינפוזר/מיכל התרופה ולשמור אותו לביקורת
האינפוזר/מיכל התרופה אינו מטפטף; הבלון אינו מתרוקן; דם בצינור האינפוזר/מיכל התרופה	- וודא שהלחץ שעל האינפוזר/מיכל התרופה וזה שעל הצנתר – פתוחים - וודא שאין קיפול או כיפוף של הצנתר - נתק את האינפוזר/מיכל התרופה מפקק הצנתר, בצע בעדינות שטיפה של הצנתר באמצעות מזרק סליין או הפרין – עפ"י ההנחיות; במידה ומורגשת התנגדות למעבר הנוזל – נתק את השטיפה ופנה לצוות/לרופא המטפל - בסיום השטיפה – התחבר שוב לאינפוזר/מיכל התרופה עפ"י ההנחיות
כאב, רגישות, אודם או נפיחות במקום העירוי	הפסק את מתן התרופה ופנה לצוות/לרופא המטפל
יציאת הצנתר ממקומו	חבוש את המקום עם פד גזה סטרילי ופנה לצוות המטפל
קרע חיצוני / ניתוק בצנתר	סגור מיידית בלחץ, בקרבה מקסימלית לגוף, ופנה לבית החולים הקרוב
תופעות כמו: פריחה, חום, סחרחורת, צמרמורת, או כל תופעה חריגה	הפסק את מתן התרופה ופנה לצוות/לרופא המטפל
נזילה מהפקק	החלף את הפקק

שם האח/ות המטפל/ת - _____ מס' טלפון _____

שם הרופא/ה המטפלת - _____ מס' טלפון _____

נכתב ע"י רותי עמרני, מנהלת חטיבת הטיפול הביתי, ניאופרם
יעוץ מקצועי – פרומה צור M.Sc., RN, ב"ח מאיר
המידע בעלון מוגש כשירות בלבד ואינו מהווה המלצה לטיפול או תחליף ליעוץ רפואי מקצועי
כל הזכויות שמורות לניאופרם – אין לצלם, להעתיק ו/או לעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל אישור בכתב מניאופרם

מטופל נכבד,
חטיבת הטיפול הביתי והצוות המטפל מאחלים לך החלמה מהירה והצלחה בטיפול הביתי.
דף מידע זה נועד לעזור לך בהתמודדות עם הטיפול התוך ורידי בבית, כפי שנקבע ע"י הרופא, ולאחר קבלת הדרכה מצוות מקצועי.
דף זה מביא את שלבי הטיפול ומסייע בביצוע הטיפול העצמי בבית.
הפנייה היא בלשון זכר אך היא מיועדת לשני המינים כאחד.



עקרונות הטיפול

- ✓ שמירה על היגיינה במהלך הטיפול
- ✓ שמירה על שלבי הביצוע
- ✓ שמירה על הצנתר והציוד הנלווה
- ✓ הקפדה על שעות מתן התרופה (עפ"י הוראות הרופא)

טיפול בתרופה

הנמצאת באינפוזר/מיכל התרופה

- חשוב להקפיד ולשמור על האינפוזר/מיכל התרופה עפ"י הוראות בית המרקחת - בטמפרטורת החדר, בקירור או במקפיא.
- במידה והאינפוזר/מיכל התרופה נשמר בקירור - יש להוציאו כשעה לפני השימוש (בקץ) / כשעתיים לפני השימוש (בחורף).
 - במידה והאינפוזר/מיכל התרופה נשמר במקפיא - יש להעבירו למקרר כעשרים וארבע שעות לפני השימוש המיועד, ולהוציאו מהקירור כשעה לפני השימוש (בקץ) / כשעתיים לפני השימוש (בחורף).
 - אסור לחמם את האינפוזר/מיכל התרופה – אין להכניסו למיקרוגל או לכל מכשיר חימום אחר.

בדיקת האינפוזר/מיכל התרופה

- ✓ וודא כי שמך ומספר ת.ז. על מדבקת האינפוזר/מיכל התרופה – נכונים
- ✓ וודא כי שם התרופה והמינון שעל האינפוזר/מיכל התרופה תואמים להוראות הרופא
- ✓ בדוק את תאריך התפוגה (השתמש תמיד באינפוזר/מיכל התרופה שמועד התפוגה שלו הוא הקרוב ביותר)
- ✓ בדוק את צלילות התמיסה
- ✓ וודא שאין דליפה

סדר פעולות למתן התרופה
בחיבור לצנתר היקפי (פריפרי)
שלב חיבור האינפוזור/מיכל התרופה

הציוד הנדרש

- אינפוזור/מיכל התרופה
- מזרק/ים לשטיפת הצנתר - הפרין ו/או סליין (0.9% NaCl) ■ תיק נשיאה / פאז' ■ בקבוק אלכוסידין (אלכוהול 70% + כלורהקסידין 0.5%) ■ שקית אשפה
- פדי גזה סטריליים

סדר הפעולות

- 1.1 רחץ ידיים במים וסבון, ויבשן במגבת ידיים אישית נקיה
- 2.1 פרוס את הציוד על משטח נקי
- 1.3 פתח את אריזת הפדים הסטריליים מבלי לגעת בתכולה, ושפוך עליהם אלכוקסידין
- 1.4 חטא עם פד גזה טבול באלכוקסידין את פקק הצנתר שעל ידך
- 1.5 הורד את המכסה מעל מזרק השטיפה (**סליין**)
- 1.6 וודא שאין אוויר במזרק
- 1.7 חבר את המזרק לפקק הצנתר שבידך (באמצעות לחץ וסיבוב)
- 1.8 הזרק באיטיות את תוכן המזרק
- 1.9 נתק את המזרק מהפקק בתנועה סיבובית והשלך את המזרק לפח
- 1.10 הסר את הפקק הסוגר בקצה צינור האינפוזור/מיכל התרופה וחבר אל פקק הצנתר שבידך (באמצעות לחץ וסיבוב)

אין לגעת בחלקים החשופים

- 1.11 פתח את הלחצן הנמצא על צינור האינפוזור/מיכל התרופה
1.12 הצמד את החיישן (סנסור), במידה וקיים, עם פלסטר לגופך
1.13 הכנס את האינפוזור/מיכל התרופה לתוך תיק נשיאה / פאץ'

במידה והטיפול ניתן למשך 24 שעות – חזור על סדר הפעולות הנ"ל לפני ההתחברות הבאה

שלב ניתוק האינפיוזר/מיכל התרופה

הציוד הנדרש

- פדי גזה סטריליים
- בקבוק אלכוסידין (אלכוהול 70% + כלורוקסידין 0.5%)
- מזרק/ים לשטיפת הצנתר - הפרין ו/או סליין (0.9% NaCl)
- שקית אשפה

סדר הפעולות

- 1.2 רחץ ידיים במים וסבון, ויבשן במגבת ידיים אישית נקיה
- 2.2 פרוס את הציוד על משטח נקי
- 2.3 פתח את אריזת הפדים הסטריליים מבלי לגעת בתכולה, ושפוך עליהם אלכוקסידין
- 2.4 נתק את סט האינפיוזר/מיכל התרופה מפקק הצנתר שעל ידך בתנועה סיבובית, והשלך את האינפיוזר/מיכל התרופה לפח

אין לגעת בחלקים החשופים

- 2.5 חטא את הפקק שבקצה הצנתר שבידך, באמצעות פד גזה טבול באלכוהולסידין
- 2.6 הורד את המכסה מעל מזרק השטיפה (סליין ו/או הפריין)
- 2.7 וודא שאין אוויר במזרק
- 2.8 חבר את המזרק לפקק הצנתר שבידך (באמצעות לחץ וסיבוב)
- 2.9 הזרק באיטיות את תוכן המזרק
- 2.10 נתק את המזרק מהפקק בתנועה סיבובית והשלך את המזרק לפח
- 2.11 במידה וקיימת הוראה רפואית לשטיפה עם הפריין - בצע פעולת שטיפה נוספת

פעילות אספסית

פעילות אספסית

סדר פעולות למתן התרופה
בחיבור לצנתר מרכזי / פיקליין
שלב חיבור האינפוזר/מיכל התרופה

הציוד הנדרש

- בקבוק אלכוסידין (אלכוהול 70% + כלורוקסידין 0.5%)
- מזרק/ים לשטיפת הצנתר - הפריין ו/או סליין (0.9% NaCl)
- אינפוזיור/מיכל התרופה ■ שקית אשפה
- תיק נשיאה / פאץ'

ערכת התחברות ובה

- סדין סטרילי + כפפות סטריליות ומסכה ■ פדי גזה סטריליים

סדר הפעולות

- 1.1 רחץ ידיים במים וסבון, ויבשן במגבת ידיים אישית נקיה או מגבת נייר
- 2.1 פרוס את הציוד על משטח נקי
- 1.3 לבש מסכה (בהתאם למדיניות)
- 1.4 פרוס את הסדין הסטרילי
- 1.5 פתח את אריזת הפדים הסטריליים מבלי לגעת בתכולה, השלך אותם על הסדין הסטרילי, ושפוך עליהם אלכוקסידין, הכן בצד המשטח מזרק שטיפה
- 1.6 פתח את אריזת הכפפות ולבש אותן באופן סטרילי
- 1.7 חטא עם פד גזה טבול באלכוקסידין את פקק הצנתר שלוש פעמים, כל פעם עם פד חדש.
- 1.8 אחוז את **מזרק שטיפה הסליין** באמצעות גזה סטרילית והסר ממנו את הפקק
- 1.9 וודא שאין אוויר במזרק
- 1.10 חבר את המזרק לפקק הצנתר (באמצעות לחץ וסיבוב)
- 1.11 פתח את הלחצן (במידה וקיים) והזרק באיטיות את תוכן המזרק
- 1.12 סגור את הלחצן (במידה וקיים), נתק את המזרק מפקק הצנתר בתנועה סיבובית והשלך אותו לפח
- 1.13 הסר את הפקק הסוגר בקצה צינור מיכל התרופה וחבר אל פקק הצנתר (באמצעות לחץ וסיבוב)
- 1.14 **אין לגעת בחלקים החשופים**
- 1.14 פתח את הלחצן הנמצא על צינור האינפוזור/מיכל התרופה ואת זה שעל הצנתר (במידה וקיים)
- 1.15 הצמד את החיישן (סנסור), במידה וקיים, עם פלסטר לגופך
- 1.16 הכנס את מיכל התרופה לתוך תיק נשיאה / פאוך'

במידה והטיפול ניתן למשך 24 שעות – חזור על סדר הפעולות הנ"ל לפני ההתחברות הבאה

שלב ניתוק האינפיוזר/מיכל התרופה

הציוד הנדרש

- בקבוק אלכוסידין (אלכוהול 70% + כלורהקסידין 0.5%)
- מזרקים לשטיפת הצנרת - הפרין/אוסליין (0.9% NaCl)
- שקית אשפה

ערכת התנתקות ובה

- סדין סטרילי + כפפות סטריליות ומסכה

סדר הפעולות

- 1.2 רחץ ידיים במים וסבון, ויבשן במגבת ידיים אישית נקיה
- 2.2 לבש מסכה (בהתאם למדיניות)
- 2.3 פרוס את הסדין הסטרילי
- 2.4 פתח את אריזת הפדים הסטריליים מבלי לגעת בתכולה, השלך אותם על הסדין הסטרילי, ושפוך עליהם אלכוהול/סידן, הכן בצד המשטח מזרק שטיפה
- 2.5 סגור את הלחצן שעל הצנתר (במידה וקיים)
- 2.6 פתח את אריזת הכפפות ולבש אותן באופן סטרילי
- 2.7 אחוז את סט האינפוזור/מיכל התרופה באמצעות גזה ונתק אותו בתנועה סיבובית מפקק הצנתר
- 2.8 השלך את האינפוזור/מיכל התרופה לפח

אין לגעת בחלקים החשופים

- 2.9 חטא את הפקק שבקצה הצנתר באמצעות פד גזה טבול באלכוהול - שלוש פעמים,
כל פעם עם פד חדש
- 2.10 אחוז את מזרק השטיפה באמצעות גזה סטרילית והסר ממנו את הפקק
- 2.11 וודא שאין אוויר במזרק
- 2.12 חבר את המזרק לפקק הצנתר (באמצעות לחץ וסיבוב)
- 2.13 פתח את הלחצן שעל הצנתר (במידה וקיים)
- 2.14 הזרק באיטיות את תוכן המזרק
- 2.15 סגור את הלחצן שעל הצנתר (במידה וקיים)
- 2.16 נתק את המזרק מפקק הצנתר בתנועה סיבובית והשלך אותו לפח
- 2.17 במידה וקיימת הוראה רפואית לשטיפה עם הפרין - בצע פעולת שטיפה נוספת

פעילות אספסית

פעילות אספסית

